



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

报告编号: 2026XDJ041-1



样品受理编号	2026XDJ041
样品中文名称	双极水功能水
送检单位	双极水（北京）医疗器材有限公司
检测类别	委托检验



2026年03月31日

说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖印章无效，复印件无效。
- 三、如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

检验机构联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 11 号

邮 政 编 码：100176

联 系 电 话：010-53897785

传 真：010-53897790



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

第 1 页 共 2 页

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号：2026XDJ041

样品名称：双极水功能水	样品数量：12 瓶
委托单位：双极水（北京）医疗器材有限公司	规格或型号：220 mL/瓶
委托单位地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 2 层 221 室	生产日期或批号：20260312
生产单位：双极水（北京）医疗器材有限公司	接样日期：2026 年 03 月 19 日
样品性状：液体	检验日期：2026 年 03 月 25 日
检测类型：委托检测	
检验项目：pH 值。	
检验依据：《消毒技术规范》（2002 年版）2.2.1.4。	

检验结论：

由双极水（北京）医疗器材有限公司送检的双极水功能水（样品批号：20260312），经检验结果如下：

该样品原液的 pH 值平均值为 6.41。

[以下无正文]

签发人

孙颖

检测机构盖章

最终审核日期 2026 年 03 月 31 日





230000112241

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

第 2 页 共 2 页

中国检验检疫科学研究院综合检测中心
检验报告

样品受理编号: 2026XDJ041

样品名称	双极水功能水	接样日期	2026 年 03 月 19 日
检测项目	pH 值的测定	检测完成日期	2026 年 03 月 25 日

一、器材

1. 样品: 双极水功能水 (样品批号: 20260312)。
2. 仪器设备: pH 计 (编号: WJS-TY-0426)、量筒、烧杯等。
3. 试剂: 邻苯二甲酸氢钾缓冲液 (pH 4.00)、磷酸盐缓冲液 (pH 6.86)、硼砂缓冲液 (pH 9.18)。

二、方法

1. 检测依据: 《消毒技术规范》(2002 年版) 第 2.2.1.4 条。
2. 接通电源预热仪器数分钟, 调节零点和温度补偿, 选择 pH 4.00 的邻苯二甲酸氢钾缓冲溶液, pH 6.86 的磷酸盐缓冲溶液和 pH 9.18 的硼砂缓冲溶液对仪器进行校正。
3. 取该样品原液 50 mL 置于烧杯中, 将电极放置于被测溶液中, 待显示值稳定后记录其 pH 值。
4. 取同批样品 2 瓶, 每瓶重复测定 2 次。
5. 检测温度: 24°C; 检测相对湿度: 42%RH。

三、结果

经对该样品原液测试, pH 值平均值为 6.41 (见附表)。

附表 该样品原液 pH 值测试结果

样品批次	测试样品序号	pH 值	平均值
20260313	1	6.46	6.41
		6.42	
	2	6.37	
		6.39	

四、结论

经检测, 该样品原液的 pH 值平均值为 6.41。

[以下无正文]

审核人_____

签发人_____

最终审核日期 2026 年 03 月 31 日

检测机构盖章

