



中国认可
检测
TESTING
CNAS L23122



检测报告

报告编号: GBT5419SCU250

样品名称: 双极水功能水

样品型号: 220ml

检验类别: 委托检验

委托单位: 双极水(北京)医疗器材有限公司

广东省宝通质量检测有限公司

检验检测专用章

声 明

- 1、 报告应盖章位置无检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 2、 未经许可本报告不得部分复制，复制报告未重新加盖红色检验检测专用章或检测单位公章无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签章无效及报告涂改无效。
- 4、 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期不予受理。
- 5、 本报告结果仅对委托样品有效。

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号:GBT5419SCU250

第 3 页 共 5 页

检验概要			
样品名称	双极水功能水	委托单位	双极水（北京）医疗器材有限公司
型号规格	220ml	委托单位地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街35号院1号楼2层221室
商 标	/	生产者(制造商)	双极水（北京）医疗器材有限公司
数 量	1PCS	生产者(制造商)地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街35号院1号楼2层221室
附加型号	/		
样品编号	/	检验类别	委托检验
来样方式	委托方送样	样品状态	完好
送样日期	2025年10月22日	检验日期	2025年10月22日至 2025年10月29日
检测地点	广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心22栋802厂房		
检测依据	《QBT2738-2023 日化产品抗菌抑菌效果的评价方法》		
检测项目	见下页检验详情		
检测结果	所检项目均符合检验依据要求。		
试验结论	合格		
主 检:	黄伟千	日 期:	2025年10月29日
审 核:	黄楠	日 期:	2025年10月29日
批 准:	卢强珍	日 期:	2025年10月29日
广东省宝通质量检测有限公司 检验检测专用章			

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号:GBT5419SCU250

第 4 页 共 5 页

序号	检测项目		单位	检测要求	检测结果	判定
1	30秒抑菌率	金黄色葡萄球	%	≥99.9%	99.9%	合格
2		白色念球菌	%	≥99.9%	99.9%	合格
3		大肠杆菌	%	≥99.9%	99.9%	合格
4		红色毛癣菌	%	≥99.9%	99.9%	合格
5		马拉色菌	%	≥90%	90%	合格



检测
用章

广东省宝通质量检测有限公司

报告编号:GBT5419SCU250

第 5 页 共 5 页

样品照片及标识



-----正文结束-----