



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

报告编号: 2026XDJ053



样品受理编号	2026XDJ053
样品中文名称	双极水牙液
送检单位	双极水(北京)医疗器材有限公司
检测类别	委托检验



说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖印章无效，复印件无效。
- 三、如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

检验机构联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 11 号

邮 政 编 码：100176

联 系 电 话：010-53897785

传 真：010-53897790



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

第 1 页 共 2 页

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号：2026XDJ053

样品名称：双极水牙液	样品数量：3 瓶
委托单位：双极水（北京）医疗器材有限公司	规格或型号：459 mL/瓶
委托单位地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 2 层 221 室	生产日期或批号：20260319
生产单位：双极水（北京）医疗器材有限公司	接样日期：2026 年 04 月 02 日
样品性状：液体	检验日期：2026 年 04 月 02 日
检测类型：委托检测	
检验项目：乙醇。	

检验依据：GB/T 26373-2020《醇类消毒剂卫生要求》附录 A。

检验结论：

由双极水(北京)医疗器材有限公司送检的双极水牙液（样品批号：20260319），
经检验，结果如下：

该样品原液中乙醇含量为未检出（<0.03%）。

[以下无正文]

签发人

张强

最终审核日期 2026 年 4 月 3 日

检测机构盖章





230000112241



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

第 2 页 共 2 页

中国检验检疫科学研究院综合检测中心
检验报告

样品受理编号: 2026XDJ053

样品名称	双极水牙液	接样日期	2026 年 04 月 02 日
检测项目	乙醇含量测定	检测完成日期	2026 年 04 月 02 日

一、器材

1. 样品: 双极水牙液 (样品批号: 20260319)。
2. 仪器设备: 气相色谱仪 (Agilent 7890A)、移液器、容量瓶等。
3. 试剂: 乙醇 (CDAA-RM-D0003558-2576690, 99.9%), 纯水。

二、方法

1. 检测依据: GB/T 26373-2020《醇类消毒剂卫生要求》附录 A。
2. 检测条件: 试验环境温度 23℃, 相对湿度 48%RH。
3. 标准曲线: 配制乙醇浓度 (以体积分数计) 分别为 0.0999%、0.1998%、0.2997%、0.4995%、0.9990%和 1.9980%的标准系列, 取 1μL 标准应用液进入气相色谱仪测其峰面积。以乙醇标准应用液的峰面积 (或峰高) 对其含量绘制标准曲线。
4. 样品测定: 移取样品原样经过滤后取 2mL 到进样小瓶。取 1 μL 直接进样测定峰面积, 外标法进行定量。取 2 个样品, 每个样品测定 2 次。

三、结果

1. 标准曲线:

乙醇含量% (v/v)	0.0999	0.1998	0.2997	0.4995	0.9990	1.9980
峰面积(Area)	463.6	999.0	1588.9	2874.9	6668.8	13651.1

$$y=7037.2x-429.54; r^2=0.9993。$$

2. 经测试, 该试样对乙醇含量测定结果见下表:

附表 该样品原液中乙醇含量测定结果

样品批号	测试序号	峰面积 (Area)	含量(%, v/v)	平均值(%, v/v)
20260319	1	未出峰	未检出 (<0.03%)	未检出 (<0.03%)
		未出峰	未检出 (<0.03%)	
	2	未出峰	未检出 (<0.03%)	
		未出峰	未检出 (<0.03%)	

四、结论

经检测, 该样品原液中乙醇含量为未检出 (<0.03%)。

[以下无正文]

审核人

签发人

最终审核日期 2026 年 4 月 3 日

检测机构盖章

