



中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

报告编号: CAIQS0022001128002

样品编号	CAIQS0022001128002
样品中文名称	双极水免洗手消毒液
送检单位	火人京创(北京)医疗器材有限公司
检测类别	委托检测

2022年04月18日



说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。
- 三、如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。

地址：北京市朝阳区高碑店北路甲 3 号

检验地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号

邮编：100123

电话：400-010-1002/（86）-010-64813654

传真：（86）-010-85771399

网址：www.caiqtest.com



中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品编号: CAIQS0022001128002

样品名称: 双极水免洗手消毒液	样品数量: 2 瓶
委托单位: 火人京创(北京)医疗器材有限公司	规格或型号: 300ml/瓶
委托单位地址: 北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天华街二号	样品批号: 20220303
生产企业: 火人京创(北京)医疗器材有限公司	接样日期: 2022 年 03 月 10 日
样品性状: 液态	检验日期: 2022 年 03 月 18 日~ 2022 年 03 月 24 日
检测类型: 委托检测	
检验项目: 皮肤刺激试验	
检验依据: 《消毒技术规范》2002 年版 2.3.3	

检验结论:

由火人京创(北京)医疗器材有限公司送检的双极水免洗手消毒液,经检验结果如下:

1. 一次破损皮肤刺激实验: 无刺激性。

(以下空白)

授权签字人

田超

最终审核日期 2022 年 04 月 18 日



中国检验检疫科学研究院综合检测中心 检验报告

样品编号: CAIQS0022001128002

样品名称	双极水免洗手消毒液	接样日期	2022 年 03 月 10 日
检测项目	一次破损皮肤刺激试验	检测完成日期	2022 年 03 月 24 日

一、器材

1. 样品名称: 双极水免洗手消毒液, 原样品用于试验。
2. 实验动物: 日本大耳白兔, 普通级, 由北京市昌扬西山养殖场提供[许可证号: SCXK(京)2021-0008], 共 3 只, 雄性, 体重 2.5kg~2.8kg。动物饲养管理条件: 温度 20~26℃, 相对湿度 40~70%, 光照 12 小时明暗交替。自由饮水, 饲以标准块状维持饲料, 动物饲料购自北京科澳协力饲料有限公司[许可证号: SCXK(京)2019-0003]。本单位实验动物使用许可证号: SYXK(京)2018-0007。

二、检测方法及依据

1. 检测依据: 《消毒技术规范》2002 年版 2.3.3.3.2 一次破损皮肤刺激试验。
2. 检测方法: 试验前 24 小时, 将动物背部脊柱两侧毛剔除, 去毛范围左、右 3cm×3cm。涂受试物前, 在 2.5cm×2.5cm 的去毛皮肤上, 用 75%酒精清洁、消毒暴露皮肤, 待酒精挥发后, 用灭菌刀片或注射针头在皮区内划一个“井”形的破损伤口, 并在该破损皮区内染毒。皮肤破损仅达表皮, 不伤及真皮。将受试物 0.5mL 涂在破损皮肤上, 另一侧作为空白对照, 在涂抹后 4 小时, 用水清洗除去残留物。分别于去除受试物后 1 小时、24 小时和 48 小时观察皮肤局部反应, 按《消毒技术规范》(2002 年版)进行评分。实验结束后, 分别按时间点将 3 只动物的评分相加, 除以动物数, 获得不同时间点的皮肤刺激反应积分均值(刺激指数)。取其中最高皮肤刺激指数评定该受试物对动物皮肤刺激强度的级别。

三、结果

给受试物后, 实验动物皮肤刺激观察结果见表 1。



表 1 一次破损皮肤刺激试验结果

动物 编号	1 小时				24 小时				48 小时			
	样品		对照		样品		对照		样品		对照	
	红斑	水肿	红斑	水肿	红斑	水肿	红斑	水肿	红斑	水肿	红斑	水肿
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总积分	0				0				0			
积分均值	0				0				0			

四、结论

按照《消毒技术规范》2002 年版 2.3.3.3.2, 对受试物双极水免洗手消毒液进行一次破损皮肤刺激性试验。结果显示该受试物对日本大耳白兔无皮肤刺激性。

(以下空白)



审核人 陈晓品

授权签字人 田立民

最终审核日期 2022 年 04 月 18 日

