



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0424

## 中国检验检疫科学研究院综合检测中心

# 检验报告

报告编号: 2024XDJ052

|        |                  |
|--------|------------------|
| 样品受理编号 | 2024XDJ052       |
| 样品中文名称 | 双极水含漱抗菌液         |
| 送检单位   | 火人京创(北京)医疗器材有限公司 |
| 检测类别   | 委托检验             |



## 说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖印章无效，复印件无效。
- 三、如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

检验机构联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 11 号

邮 政 编 码：100176

联 系 电 话：010-53897785

传 真：010-53897790





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0424

第1页 共2页

## 中国检验检疫科学研究院综合检测中心

### 检验报告

样品受理编号: 2024XDJ052

|                                                                                                                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 样品名称: 双极水含漱抗菌液                                                                                                                                          | 样品数量: 3 瓶                         |
| 送检单位: 火人京创(北京)医疗器材有限公司                                                                                                                                  | 规格或型号: 200 mL/瓶                   |
| 送检单位地址: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华街2号                                                                                                                    | 生产日期或批号: 20240412                 |
| 生产单位: 河北质佳日化有限公司                                                                                                                                        | 接样日期: 2024年04月15日                 |
| 样品性状: 无色透明液体                                                                                                                                            | 检验日期: 2024年04月15日~<br>2024年04月22日 |
| 检测类型: 委托检测                                                                                                                                              |                                   |
| 检验项目: 细菌菌落总数; 真菌菌落总数; 大肠菌群; 铜绿假单胞菌(绿脓杆菌); 金黄色葡萄球菌; 溶血性链球菌。                                                                                              |                                   |
| 检验依据: 《消毒技术规范》(2002年版)2.1.11.2.1; 2.1.11.2.2; 2.1.11.2.3; 2.1.11.2.4; 2.1.11.2.5; 2.1.11.2.6; GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录B1; B2; B3; B4; B5; B6; B7。 |                                   |
| 评价依据: 《消毒技术规范》(2002年版); GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》。                                                                                                   |                                   |

#### 检验结论:

由火人京创(北京)医疗器材有限公司送检的双极水含漱抗菌液(样品批号: 20240412), 经检验, 结果如下:

该样品中细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌均未检出, 微生物学指标检测结果符合《消毒技术规范》(2002年版)和《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002 规定。

[以下无正文]

签发人

张颖

最终审核日期 2024 年 4 月 22 日

检测机构盖章





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号: 2024XDJ052

|      |          |        |                  |
|------|----------|--------|------------------|
| 样品名称 | 双极水含漱抗菌液 | 接样日期   | 2024 年 04 月 15 日 |
| 检测项目 | 微生物学指标检测 | 检测完成日期 | 2024 年 04 月 22 日 |

一、器材

1. 样品: 双极水含漱抗菌液 (样品批号: 20240412)。
2. 检测仪器: 垂直流超净工作台 (WS08Z065), 恒温培养箱 (WS06Z001)。
3. 试剂: 生理盐水, 中和剂 (0.1%硫代硫酸钠)、普通琼脂, 沙氏琼脂培养基, 乳糖胆盐发酵管, SCDLP 培养液, 葡萄糖肉汤, 血平板。

二、方法

1. 检测依据: 《消毒技术规范》(2002 年版) 第 2.1.11.2 条; GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》附录 B。
2. 检测方法: 无菌打开 3 个包装, 从每个包装中取样, 取 10 mL 样品, 加入到 200 mL 灭菌生理盐水 (含中和剂)。上清液接种普通琼脂、沙氏琼脂平板, 各接种 5 个平皿, 每个平皿中加入 1 mL 样液, 分别作细菌菌落计数、真菌菌落计数。另取样液 5 mL, 接种至 50 mL 乳糖胆盐发酵管, 作大肠菌群检测。同时各取样液 5 mL, 分别接种至 50 mL SCDLP 培养液、葡萄糖肉汤中, 35°C±2°C 培养 18h~24h, 然后将培养物分别划线接种血平板, 35°C±2°C 培养 24h, 分别检测绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。
3. 检测条件: 环境温度: 25°C, 相对湿度: 21%。

三、结果

该样品卫生微生物学指标检测结果见附表。

附表 该样品微生物学指标检测结果

| 检测指标          | 单位     | 标准值  | 实测值 |
|---------------|--------|------|-----|
| 细菌菌落总数        | cfu/mL | ≤200 | 未检出 |
| 真菌菌落总数        | cfu/mL | ≤100 | 未检出 |
| 大肠菌群          |        | 不得检出 | 未检出 |
| 铜绿假单胞菌 (绿脓杆菌) |        | 不得检出 | 未检出 |
| 金黄色葡萄球菌       |        | 不得检出 | 未检出 |
| 溶血性链球菌        |        | 不得检出 | 未检出 |

四、结论

该样品中细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌 (绿脓杆菌)、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌均未检出, 该样品微生物学指标检测结果符合《消毒技术规范》(2002 年版) 和《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002 规定。

审核人

签发人

最终审核日期 2024 年 4 月 22 日

检测机构盖章

