



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

报告编号: 2026XDJ084



样品受理编号	2026XDJ084
样品中文名称	双性水抑菌洗液
送检单位	双极水（北京）医疗器材有限公司
检测类别	委托检验



说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖印章无效，复印件无效。
- 三、如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

检验机构联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 11 号

邮 政 编 码：100176

联 系 电 话：010-53897785

传 真：010-53897790



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

第 1 页 共 3 页

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号：2026XDJ084

样品名称：双性水抑菌洗液	样品数量：3 瓶
委托单位：双极水（北京）医疗器材有限公司	规格或型号：260 mL/瓶
委托单位地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药 产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 2 层 221 室	生产日期或批号：20260402
生产单位：河北质佳日化有限公司	接样日期：2026 年 06 月 23 日
样品性状：液体	检验日期：2026 年 06 月 25 日
检测类型：委托检测	
检验项目：pH 值；有效氯。	
检验依据：消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023 6.3；6.1.2.1。	

检验结论：

由双极水（北京）医疗器材有限公司送检的双性水抑菌洗液（样品批号：20260402），经检验结果如下：

1. 该样品原液的 pH 值为 5.86。
2. 该样品原液的有效氯含量为 52.4 mg/L。

[以下无正文]

签发人

张颖

最终审核日期 2026 年 06 月 26 日

检测机构盖章





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心
检验报告

样品受理编号：2026XDJ084

样品名称	双性水抑菌洗液	接样日期	2026 年 06 月 23 日
检测项目	pH 值	检测完成日期	2026 年 06 月 25 日

一、器材

1. 样品：双性水抑菌洗液（样品批号：20260402）。
2. 仪器设备：pH 计（编号：WJS-TY-0426）、量筒、烧杯等。
3. 试剂：pH 校准液 4.00（批号 25061124）、pH 校准液 6.86（批号 25071054）、pH 校准液 9.18（批号 25081025）。

二、方法

1. 检测依据：消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023 6.3。
2. 接通电源预热仪器数分钟，调节零点和温度补偿，分别选择 pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18 校准液对仪器进行校正。
3. 取该样品原液 50 mL 置于烧杯中，将电极放置于被测溶液中，待显示值稳定后记录其 pH 值。
4. 取同批样品 2 瓶，每瓶重复测定 2 次。
5. 检测温度：25℃；检测相对湿度：38%。

三、结果

经对该样品原液测试，pH 值平均值为 5.86（见附表）。

附表 该样品原液 pH 值测试结果

样品批次	测试样品序号	pH 值	平均值
20260402	1	5.89	5.86
		5.83	
	2	5.85	
		5.86	

四、结论

经检测，该样品原液的 pH 值平均值为 5.86。

[以下无正文]

审核人 王静

签发人 王静

最终审核日期 2026 年 06 月 26 日

检测机构盖章



中国检验检疫科学研究院综合检测中心
检验报告

样品受理编号: 2026XDJ084

样品名称	双性水抑菌洗液	接样日期	2026 年 06 月 23 日
检测项目	有效氯含量	检测完成日期	2026 年 06 月 25 日

一、器材

1. 样品: 双性水抑菌洗液 (样品批号: 20260402)。

2. 仪器设备: 电子天平 (编号: WS08Z037), 碱式滴定管, 碘量瓶, 移液管, 容量瓶、量筒等。

3. 试剂: 2 mol/L 硫酸, 100 g/L 碘化钾, 0.5%淀粉溶液, 0.1 mol/L 硫代硫酸钠滴定液。

二、方法

1. 检测依据: 消毒产品检测方法 WS/T 10009-2023 6.1.2.1。

2. 检测方法: 滴定法。

3. 取同批样品 2 瓶, 每瓶重复测定 2 次。

4. 检测温度: 25°C; 检测相对湿度: 38%。

三、结果

经对该样品原液测试, 有效氯含量的平均值为 52.4 mg/L (见附表)。

附表 该样品原液有效氯含量的测定结果

样品批号	测试样品序号	有效氯含量(mg/L)	平均值(mg/L)
20260402	1	52.27	52.4
		52.45	
	2	52.45	
		52.27	

四、结论

经测定, 该样品原液有效氯含量的平均值为 52.4 mg/L。

[以下无正文]

审核人

签发人

最终审核日期 2026 年 06 月 26 日

检测机构盖章

