



171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd

检验报告



检验报告编号: B-XD-20210969 (1-1)

(inspection report)

样品名称: 双极水巾

(Name of sample)

送检单位: 火人京创(北京)医疗器材有限公司

(Inspection Unit)

2021年07月16日



说 明

- 一、本检测报告仅对本次检测样品负责。
- 二、本检测报告涂改、增删无效；未盖本机构红色“检验检测专用章”印章无效；复印件无效。
- 三、对本检测报告有异议，可在收到报告之日起15日内提出复核申请，逾期不予办理。
- 四、本检测报告及检测单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检测报告一式三份，二份交送检单位，一份由检测机构存档。
- 六、本检测报告有效期一年。

总 公 司：河南中科联创检测服务有限公司

联系地址：开封市开发区金明大道19号

邮政编码：475000

联系电话：0371-23236408

南昌分中心： 联系地址：南昌市南昌高新技术产业开发区火炬五路719号洪泰智造
工厂四号楼D-1

联系电话：13207917733

苏州分中心： 联系地址：苏州市W068创意科技园（虎丘区向阳路68号）A幢210-211

联系电话：15150359938

成都分中心： 联系地址：四川省成都市高新区天府大道孵化园1号楼A座2-25

联系电话：13711131017 028-65227841



171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检 验 报 告

样品受理编号: XD-20210969

第 1 页/共 3 页

样 品 名 称	双极水巾	样 品 数 量	5 包
送 检 单 位	火人京创(北京)医疗器材有限公司	样 品 性 状	固体
生 产 单 位	天津兰天碧水科技有限公司	接 样 日 期	2021 年 07 月 08 日
生产日期或批号	20210513	检 验 完 成 日 期	2021 年 07 月 16 日
规 格 或 型 号	24 片/80 抽		

检验依据

《醇类消毒剂卫生要求》GB/T 26373-2020 和《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002

评价依据

《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002

检验结论

1. 双极水巾挤出液乙醇含量未检出。
 2. 双极水巾微生物指标试验检测结果符合《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002要求。
- (以下空白)

签发人(签字)

范同华

最终审核日期 2021 年 07 月 16 日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检 验 报 告

样品受理编号: XD-20210969

第 2 页/共 3 页

样 品 名 称 双极水中

接 样 日 期 2021 年 07 月 08 日

检 验 项 目 乙醇含量测定

检 验 完 成 日 期 2021 年 07 月 15 日

一、器 材

1. 样 品: 双极水中挤出液(批号为20210513)。

2. 试验仪器: 气相色谱仪(型号: GC-2014C, 编号: ZK-L-002)和电子天平(型号: ME204E, 编号: ZK-L-019)。

二、方 法

1. 检验依据:《醇类消毒剂卫生要求》GB/T 26373-2020。

2. 检验环境: 温度27℃, 相对湿度45%。

三、结 果

经对双极水中挤出液检测, 乙醇含量未检出(表 1)。

表 1 双极水中挤出液乙醇含量测定结果

样品批号	样品序号	含量(%)	含量均值(%)
20210513	1-1	未检出	未检出
	1-2	未检出	

四、结 论

双极水中挤出液乙醇含量未检出。

(以下空白)

签发人(签字)

范 121 年

最终审核日期 2021 年 07 月 16 日





171603100425
有效期2023年7月30日

河南中科联创检测服务有限公司

检 验 报 告

检验报告编号: XD-20210969

第 3 页/共 3 页

样 品 名 称 双极水巾

接 样 日 期 2021 年 07 月 08 日

检 验 项 目 微生物指标试验

检 验 完 成 日 期 2021 年 07 月 16 日

一、器 材

1. 样 品: 双极水巾 (批号为20210513), 固体。
2. 培 养 基: 营养琼脂培养基、SCDLP 液体培养基、血琼脂平板、乳糖胆盐发酵培养基、葡萄糖肉汤、沙氏琼脂培养基。
3. 仪器设备: 电热恒温培养箱 (DHP-9272 型)、霉菌培养箱 (MJ-160 型)。

二、方 法

1. 检验依据: 《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002。
2. 检测环境: 温度24℃, 相对湿度56%。

三、结 果

表2 双极水巾

检测指标	标准值	实测值	评价
细菌菌落总数 (CFU/g)	≤200	<10	符合规定
大肠菌群	不得检出	未检出	符合规定
金黄色葡萄球菌	不得检出	未检出	符合规定
铜绿假单胞菌	不得检出	未检出	符合规定
溶血性链球菌	不得检出	未检出	符合规定
真菌菌落总数 (CFU/g)	≤100	<10	符合规定

四、结 论

双极水巾微生物指标试验检测结果符合《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002要求。
(以下空白)

签发人 (签字)

范国军

最终审核日期 2021 年 07 月 16 日

