



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0424

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

报告编号：2022XDJ144

样品受理编号	2022XDJ144
样品中文名称	双极水眼部护理液
送检单位	火人京创（北京）医疗器材有限公司
检测类别	委托检验



说 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。
- 三、如对本检验报告有异议，可在收到报告之日起 30 日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由检验机构存档。

检验机构联系地址：北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 11 号

邮 政 编 码：100176

联 系 电 话：010-53897785

传 真：010-53897790

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号: 2022XDJ144

样品名称: 双极水眼部护理液	样品数量: 3 瓶
送检单位: 火人京创(北京)医疗器材有限公司	规格或型号: 260 mL/瓶
送检单位地址: 北京市大兴区生物医药产业基地天华街 2 号	生产日期或批号: 20220621
生产单位: 火人京创(北京)医疗器材有限公司	接样日期: 2022 年 06 月 23 日
样品性状: 液体	检验日期: 2022 年 06 月 24 日~ 2022 年 07 月 04 日
检测类型: 委托检测	
检验项目: pH 值的测定; 抗(抑)菌性能测定 ¹ 。	
备 注: 1. 对白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌效果。	
检验依据: 《消毒技术规范》卫生部(2002 年版) pH 计法 2.2.1.4; WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》。	

检验结论:

由火人京创(北京)医疗器材有限公司送检的双极水眼部护理液(样品批号: 20220621), 经检验, 结果如下:

1. 该样品原液的 pH 值平均值为 6.81。
2. 在 20℃±1℃条件下, 该样品原液, 对大肠杆菌作用 1 min, 试验重复三次, 各次的抑菌率均为 100%, 判为具有较强抑菌作用; 对金黄色葡萄球菌作用 1 min, 试验重复三次, 各次的抑菌率均为 100%, 判为具有较强抑菌作用; 对白色念珠菌作用 1 min, 试验重复三次, 各次的抑菌率均为 100%, 判为具有较强抑菌作用。

[以下无正文]

签发人

张颖

最终审核日期 2022 年 7 月 13 日

检测机构盖章

检验检测专用章

(4)
1101010325729

中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号: 2022XDJ144

样品名称	双极水眼部护理液	接样日期	2022 年 06 月 23 日
检测项目	pH 值的测定	检测完成日期	2022 年 06 月 24 日

一、器材

1. 样品: 双极水眼部护理液 (样品批号: 20220621)。
2. pH 计 (北京屹源电子仪器科技公司, F-50A)。
3. BS224S 型电子天平: 感量 0.0001 g。
4. 邻苯二甲酸氢钾缓冲液 pH 4.00
5. 磷酸盐缓冲液 pH 6.86
6. 硼砂缓冲液 pH 9.18

二、方法

1. 检测依据: 卫生部《消毒技术规范》(2002 年版) 第 2.2.1.4 条。
2. 接通电源预热仪器数分钟, 调节零点和温度补偿, 选择 pH 4.00 的邻苯二甲酸氢钾缓冲溶液, pH 6.86 的磷酸盐缓冲溶液和 pH 9.18 的硼砂缓冲溶液对仪器进行校正。
3. 取该样品原液 50 mL 置于烧杯中, 将电极放置于被测溶液中, 待显示值稳定后记录其 pH 值。
4. 取样品 3 瓶, 每瓶样品重复测定 2 次。
5. 检测温度: 25 °C; 检测相对湿度: 51%。

三、结果

经对该样品原液测试, pH 值平均值为 6.81 (见附表)。

附表 该样品原液 pH 值测试结果

样品批次	测试样品序号	pH 值	平均值
20220621	1	6.82	6.81
		6.81	
	2	6.81	
		6.81	
	3	6.80	
		6.80	

四、结论

经检测, 该样品原液的 pH 值平均值为 6.81。

审核人 王静

签发人 李静

最终审核日期 2022 年 7 月 13 日

检测机构盖章

检验检测专用章

7101010325729

中国检验检疫科学研究院综合检测中心
检验报告

样品受理编号: 2022XDJ144

样品名称	双极水眼部护理液	接样日期	2022 年 06 月 23 日
检测项目	对金黄色葡萄球菌抑菌性能	检测完成日期	2022 年 07 月 03 日

一、器材

1. 样品: 双极水眼部护理液 (样品批号: 20220621)。
2. 试验菌种: 金黄色葡萄球菌 ATCC6538, 第 7 代。购自中国普通微生物菌种保藏管理中心。
3. 营养琼脂培养基。
4. 稀释液: 磷酸盐缓冲液 (PBS)。
5. 仪器: 生物安全柜 (ESCO CLASS II BSC), 恒温培养箱 (MMM incucell 222L), 计时器等。

二、方法

1. 检测依据: WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》第 5.1 条。
2. 菌悬液的制备: 试验菌为金黄色葡萄球菌, 含菌量为 5.0×10^5 CFU/mL~ 4.5×10^6 CFU/mL。
3. 悬液定量抑菌试验: 该样品原液对金黄色葡萄球菌作用时间为 1 min, 试验温度 $20^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 重复三次。

三、结果

在试验温度 $20^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ 条件下, 经三次重复试验, 该样品原液对金黄色葡萄球菌作用 1 min 的抑菌率均为 100%, 见附表。

附表 双极水眼部护理液对金黄色葡萄球菌的抑菌率

序号	作用时间下抑菌率 (%)	阳性对照组菌落数 (CFU/mL)
	1 min	
1	100	15400
2	100	28200
3	100	21050

注: 阴性对照稀释液、培养基均无菌生长。

四、结论

在试验条件下, 该样品原液对金黄色葡萄球菌作用 1 min, 试验重复三次, 各次的抑菌率均为 100%, 对金黄色葡萄球菌具有较强抑菌作用。

[以下无正文]

审核人 王静

签发人 李颖

最终审核日期 2022 年 7 月 13 日

检测机构盖章



中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号: 2022XDJ144

样品名称	双极水眼部护理液	接样日期	2022 年 06 月 23 日
检测项目	对大肠杆菌抑菌性能	检测完成日期	2022 年 07 月 03 日

一、器材

1. 样品: 双极水眼部护理液 (样品批号: 20220621)。
2. 试验菌种: 大肠杆菌 8099, 第 4 代。购自中国普通微生物菌种保藏管理中心。
3. 营养琼脂培养基。
4. 稀释液: 磷酸盐缓冲液 (PBS)。
5. 仪器: 生物安全柜 (ESCO CLASS II BSC), 恒温培养箱 (MMM incucell 222L), 计时器等。

二、方法

1. 检测依据: WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》第 5.1 条。
2. 菌悬液的制备: 试验菌为大肠杆菌, 含菌量为 5.0×10^5 CFU/mL~ 4.5×10^6 CFU/mL。
3. 悬液定量抑菌试验: 该样品原液对大肠杆菌作用时间为 1 min, 试验温度 $20^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 重复三次。

三、结果

在试验温度 $20^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ 条件下, 经三次重复试验, 该样品原液对大肠杆菌作用 1 min 的抑菌率均为 100%, 见以下附表。

附表 双极水眼部护理液对大肠杆菌的抑菌率

序号	作用时间下抑菌率 (%)	阳性对照组菌落数 (CFU/mL)
	1 min	
1	100	34500
2	100	16350
3	100	25050

注: 阴性对照稀释液、培养基均无菌生长。

四、结论

在试验条件下, 该样品原液对大肠杆菌作用 1 min, 试验重复三次, 各次的抑菌率均为 100%, 对大肠杆菌具有较强的抑菌作用。

[以下无正文]

审核人 王静

签发人 李 强

最终审核日期 2022 年 7 月 13 日

检测机构盖章



中国检验检疫科学研究院综合检测中心

检验报告

样品受理编号: 2022XDJ144

样品名称	双极水眼部护理液	接样日期	2022 年 06 月 23 日
检测项目	对白色念珠菌抑菌性能	检测完成日期	2022 年 07 月 04 日

一、器材

1. 样品: 双极水眼部护理液 (样品批号: 20220621)。
2. 试验菌种: 白色念珠菌 (ATCC10231) (第 4 代), 购自中国普通微生物菌种保藏管理中心。
3. 沙堡琼脂培养基。
4. 稀释液: 磷酸盐缓冲液 (PBS)。
5. 仪器: 生物安全柜 (ESCO CLASS II BSC), 恒温培养箱 (MMM incucell 222L), 计时器等。

二、方法

1. 检测依据: WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》第 5.1 条。
2. 菌悬液的制备: 试验菌为白色念珠菌, 含菌量为 5.0×10^5 CFU/mL~ 4.5×10^6 CFU/mL。
3. 悬液定量抑菌试验: 该样品原液对白色念珠菌作用时间为 1 min, 试验温度 $20^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$, 重复三次。

三、结果

在试验温度 $20^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ 条件下, 经三次重复试验, 该样品原液对白色念珠菌作用 1 min 的抑菌率均为 100%, 见以下附表。

附表 双极水眼部护理液对白色念珠菌的抑菌率

序号	作用时间下抑菌率 (%)	阳性对照组菌落数 (CFU/mL)
	1 min	
1	100	17550
2	100	28200
3	100	31950

注: 阴性对照稀释液、培养基均无菌生长。

四、结论

在试验条件下, 该样品原液对白色念珠菌作用 1 min, 试验重复三次, 各次的抑菌率均为 100%, 对白色念珠菌具有较强的抑菌作用。

[以下无正文]

审核人 王静

签发人 东颖

最终审核日期 2022 年 7 月 13 日

检测机构盖章

